INSTRUMENT CALIBRATION RECORD

Inst. Type	Inst. Model	Asset No.	S/N
Scaler + Alpha Probe	2200 + Probes 43-65 + 43-1	005068	110917

Range	Year	User Name
0-500k cpm	1994	Paul Bertetti

Date Calibrated	Calibrated by		Calculated Readings	Actual Readings	Remarks
2/7/06	Liane Watts	X 0.1	digital 10, 40	9, 40	
			meter 100, 400	100, 380	
		X 1	100, 400	100, 400	
		X10	1000 4000	999 4010	
		X100	10K 40K	digital 996 / 10K meter	digital meter 3990 + 3800
		X1K	100K 400K	digital 4943 9800 meter	digital meter 39957 + 3800
		probe 43-1	SN PR 112636	(3067) Thorium check source	
		probe 44-43	SN PR 76050	X100 (15K) Thorium 230 check source	
03/06/07	Liane Watts	X 0.1	digital 10, 40	10, 42	
			meter 100, 400	100, 390	
		X 1	100, 400	99, 400	
		X10	1000, 4000	digital 978 meter 1000	digital 4007 meter 3900
		X100	10K, 40K	digital 10,000 meter 10000	digital 39935 meter 3800
		X1K	100K 400K	9952 100K	39915 3900
		probe 43-1	SN PR 112636	(3022) Thorium Check Source	