INSTRUMENT CALIBRATION RECORD

Inst. Type	Inst. Model	Asset No.	S/N
Ludlum Micro R Meter	19	006889	151675

Range	Year	User Name
0-5000 mR/h	1998	Paul Bertetti

Date Calibrated	Calibrated by	^{137}Cs	Calculated Readings	Actual Readings	Remarks
02-07-07	[illegible]	5000	4000, 1000	3800, 900	
		500	400, 200, 100	320, 200, 95	
		250	200, 50	200, 50	
		50	40, 10	40, 10	
		25	20, 5	20, 10	